

Объявление №36

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений комплектующих для рентгенографического оборудования Clear Vision DRE140 от 15.03.2022 года

Согласно Постановления Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375 Об утверждении "Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг», КГП "Многопрофильная больница г.Жезказган" адресу: 100600, РК, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Иманжана, 11 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и изделий медицинского назначения, указанных в нижеследующем порядке:

№ лота	Наименование товара (МНН)	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (тенге)	Сумма, выделенная по каждому лоту
1	Источник бесперебойного питания (ИБП/UPS) для рентгенографического оборудования Clear Vision DRE140	Тип ИБП: с двойным преобразованием (On-line). Полная выходная мощность: не менее 3000 ВА. Активная выходная мощность: не менее 2700 Вт. Количество фаз: 1. Номинальное входное напряжение: 220В. Входная частота: 50 Гц-60 Гц. Диапазон входного напряжения при работе от сети: 140 В-260 В. Номинальное выходное напряжение: 220В. Выходная частота: 50 Гц. Погрешность стабилизации выходного напряжения: не более 2%. Выходные разъемы IEC 320 C20: 1 шт. Выходные разъемы IEC 320 C13: не менее 2 шт. Выходные разъемы IEC 320 C19: не менее 1 шт. Рабочий диапазон температуры: 0-40°C. Рабочий диапазон относительной	шт	1	526 848	526 848

		<p>влажности: 0-95%. Уровень акустического шума: не более 50дБА. Класс защиты: не менее IP20. Источник бесперебойного питания (ИБП/UPS) должен иметь следующие функции: защита от короткого замыкания, защита от высоковольтных импульсов, фильтрация помех, защита от перезагрузки, защита от перегрева, защита от понижения напряжения, защита от повышения напряжения, защита цепи нагрузки, защита входной цепи, защита от перезаряда батареи, возможность самостоятельной замены батареи, возможность подключения внешнего блока батареи, автозарядка, автовыключение, холодный старт, самотестирование, автоматический регулятор напряжения (AVR), ЖК дисплей, кнопка включения, кнопка «Рестарт» (Reset, Circuit Breaker). Поставщик должен поставить/передать источник бесперебойного питания (ИБП / UPS) в упаковке Заказчику на Объект надлежащего качества, В</p>				
--	--	---	--	--	--	--

	<p>количестве и полной комплектности.</p> <p>Потенциальный поставщик должен оказать следующие сопутствующие услуги: монтаж; подключение; пуско-наладка оборудования; тестирование; сдача заказчику.</p> <p>Потенциальный поставщик совместно с Заказчиком должен провести необходимые процедуры испытания, тестирования и проверки правильной работы источника бесперебойного питания (ИБП / UPS) и рентгеновского аппарата «Clear Vision DRE140» в целом. Обучение технического персонала правилам эксплуатации оборудования. Время проведения данных работ необходимо согласовать с Заказчиком.</p> <p>Поставщик должен предоставить по завершению всех работ следующую документацию:</p> <ul style="list-style-type: none">- акт прием-передачи;				
--	---	--	--	--	--

		<p>- гарантийный талон;</p> <p>- паспорт завода-изготовителя;</p> <p>- руководство по эксплуатации.</p> <p>Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Лицензия на право проведения работ с источниками ионизирующего излучения;2. Сертификат по радиационной безопасности;3. Допуск по электробезопасности не менее 3 группы;4. Наличие контрольно-измерительного оборудования (поверенного в органах Госстандарта и наличии сертификатов о поверке) требуемого для проведения тестирования оборудования при пуско-наладочных работах;5. Квалифицированный состав специалистов не менее одного человека.				
--	--	--	--	--	--	--

2	Стабилизатора высокого напряжения, для рентгенографического оборудования Clear Vision DRE140.	<p>Тип стабилизатора: электромеханический. Мощность: не менее 30000Вт. Выходное напряжение: 220В. Количество фаз: 1. Минимальное входное напряжение: 140В. Максимальное входное напряжение: 260В. Погрешность стабилизации выходного напряжения: не более 2 %. Класс защиты: не менее IP20. Стабилизатор высокого напряжения должен иметь следующие функции: Защита от короткого замыкания, Защита от высоковольтных импульсов, Фильтрация помех, Защита от перегрузки, Защита от перегрева, Защита от понижения напряжения, Защита от повышения напряжения, Защита цепи нагрузки, Защита входной цепи, ЖК дисплей, Кнопка включения. Поставщик должен поставить/передать стабилизатор высокого напряжения в упаковке Заказчику на Объект надлежащего качества, в количестве</p>	шт	1	629 272	629 272

	<p>и полной комплектности.</p> <p>Потенциальный поставщик должен оказать следующие сопутствующие услуги: монтаж; подключение; пусконаладка оборудования; тестирование; сдача заказчику.</p> <p>Потенциальный поставщик совместно с Заказчиком должен провести необходимые процедуры испытания, тестирования и проверки правильной работы стабилизатора высокого напряжения и рентгеновского аппарата «Clear Vision DRE140» в целом. Обучение технического персонала правилам эксплуатации оборудования. Время проведения данных работ необходимо согласовать с Заказчиком.</p> <p>Поставщик должен предоставить по завершению всех работ следующую документацию:</p> <ul style="list-style-type: none">- акт прием-передачи;- гарантийный талон;- паспорт завода-изготовителя;- руководство по эксплуатации. <p>Потенциальный поставщик должен подтвердить наличие:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Лицензия на				
--	---	--	--	--	--

		<p>право проведения работ с источниками ионизирующего излучения;</p> <p>2. Сертификат по радиационной безопасности;</p> <p>3. Допуск по электробезопасности не менее 3 группы;</p> <p>4. Наличие контрольно-измерительного оборудования (поверенного в органах Госстандарта и наличии сертификатов о поверке) требуемого для проведения тестирования оборудования при пуско-наладочных работах;</p> <p>5. Квалифицированный состав специалистов не менее одного человека.</p>				
	Итого:					1 156 120

Место поставки: КГП "Многопрофильная больница города Жезказган, ул. Акына Иманжана, 11

К закупу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3 Постановления Правительства №375 от 04 июня 2021 года 375 «Об утверждении "Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг».

Место приема документов: 100600 Карагандинская обл., г. Жезказган, ул. Иманжана,11, приемная.

Окончательный срок представления заявок **до 10 часов 00 минут 25 марта 2022 года**

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: **11 часов 00 минут 25 марта 2022 года.**

Директор

КГП «Многопрофильная больница г.Жезказган»



Әбсәлік М.М.