

Объявление № 12
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
от 03.04.2024 года

Согласно Постановления Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375 Об утверждении "Правила организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг», КГП на ПХВ "Областная многопрофильная больница г.Жезказган" управления здравоохранения области Ұлытау по адресу: 100600, РК, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Иманжана, 11 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий, указанных в нижеследующем порядке:
 Годовая заявка

№ лота	Наименование товара (МНН)	Техническая характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу (тенге)	Сумма, выделенная по каждому лоту
1	Аланинаминотрансфераза (4x35+2x18) ALT 0102, Mindray Закрытая система	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и	28	набор	19 300	540 400

		размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
2	Аспаратаминотрансфераза (АСТ) (4*35+2*18), Mindray Закрытая система	<p>Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов</p>	28	набор	19 300	540 400
3	Билирубин общий (4*35ml+2*18ml) (Bil T) ТВ10202, Mindray Закрытая система	<p>Двухкомпонентный набор реагентов для определения ТВ11/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые</p>	30	набор	28 300	849 000

		<p>оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов</p>				
4	<p>Билирубин прямой (4*35ml+2*18ml) (Bil D) DBI0202, Mindray Закрытая система</p>	<p>Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным</p>	30	набор	28 300	849 000

		<p>штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов</p>				
5	<p>Глюкоза (4*40ML+2*20ML) GLU0102, Mindray GLU Закрытая система</p>	<p>Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования</p>	28	набор	16 400	459 200

		методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
6	Общий холестерин (ТС) (4x40мл), Mindray Закрытая система	Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/ТС. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов	20	набор	22 000	440 000
7	Триглицериды (4*40ml) (TG) TG0102 Mindray Закрытая система	Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый	20	набор	43 000	860 000

		<p>оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора.</p> <p>Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов</p>				
8	<p>Альфа-Амилаза (AMY) (1*38ml+1*10ml), Mindray Закрытая система</p>	<p>Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом</p>	36	набор	29 200	1 051 200

		<p>полностью совместимым со встроенным сканером анализатора.</p> <p>Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов</p>				
9	<p>Мультикалибратор (10x3 ml) Multi Sera Calibrator Mindray Закрытая система</p>	<p>Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.</p>	1	набор	115 700	115 700
10	<p>МультиКонтроль Клин Чем уровень 1, 6x5 мл Mindray Закрытая система</p>	<p>Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными</p>	1	набор	130 000	130 000

		значениями (N) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.				
11	МультиКонтроль Клин Чем уровень 2, 6x5 Mindray Закрытая система	Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (P) для определяемых аналитов. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 50мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора.	1	набор	153 500	153 500
12	Мочевая кислота (4*40ml+2*20ml) (UA)Mindray Закрытая система	Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2,	20	набор	24 500	490 000

		<p>для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора.</p> <p>Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов</p>				
13	<p>Железо (Fe) (C and Q) (2×40мл+1×16мл) Mindray Закрытая система</p>	<p>Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью</p>	15	набор	37 300	559 500

		совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов				
14	С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40ML +1*10ML, Mindray Закрытая система	Однокомпонентный набор реагентов для определения ТР. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения	52	набор	36 000	1 872 000

		контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.				
15	Ревматоидный Фактор II (1*40мл+1*11мл) с калибратором (5*0.5мл). Mindray Закрытая система	Набор для определения Ревматоидный фактор II в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×15 mL в оригинальных флаконах. 200 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	20	набор	131 000	2 620 000
16	Антитела против стрептолизина с калибр 0 (R1 1*40мл) (R2 1*40мл) (ASO) Mindray Закрытая система	Набор для определения Антистрептолизина O II с калибратором в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1 1×40 mL + R2 1×40 mL + Calibrator 1×0.5 mL в оригинальных флаконах. 240 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.	20	набор	155 500	3 110 000
17	Холестерин высокой плотности HDL-C (ЛПВП) (1x40+1x14), Mindray Закрытая система	Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПВП. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 14 мл), для предотвращения контаминации и не	3	набор	52 800	158 400

		<p>требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.</p>				
18	<p>Холестерин низкой плотности LDL-C (ЛПНП) (1x40+1x14), Mindray Закрытая система</p>	<p>Двухкомпонентный набор реагентов для определения ЛПНП. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 (1 флакона по 40 мл) и R2 (1 флакона по 14 мл), для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.</p>	3	набор	43 100	129 300
19	<p>Кальций (Ca) (4*40ml), Mindray Закрытая система</p>	<p>Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего</p>	15	набор	15 600	234 000

		<p>раствора не менее R 4x40 мл</p> <p>Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора.</p> <p>Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов</p>				
20	<p>Калибратор специф. белков, 5×1мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM, C реактивный белок) Mindray Закрытая система</p>	<p>Двухкомпонентный набор реагентов для определения Калибратор специфических белков</p> <p>Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные 5x1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные</p>	2	набор	138 200	276 400

		картриджи, калибратор 5x1 мл .. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.				
21	Калибровочный стандарт для липидов (HDL,LDL), Mindray Закрытая система	Двухкомпонентный набор реагентов для определения Калибратор Липидов 5x1 мл (HDL,LDL) Объем рабочего раствора не менее 80мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные 5x1 мл (C3,C4,CRP, IgA,IgG,IgM) для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи, калибратор 5x1 мл .. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора. Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.	2	набор	101 500	203 000
22	Фосфор (P) (4*40 ml) Mindray Закрытая система	Однокомпонентный набор реагентов для определения P. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1, объемом 40 мл.	3	набор	14 300	42 900

		<p>Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора.</p> <p>Контейнера должны быть снабжены специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора.</p>				
23	<p>Гликолизованный гемоглобин (1x30 мл+1x12 мл) с калибратором и контролем, Mindray Закрытая система</p>	<p>Лиофилизат для приготовления 1 мл контрольной сыворотки с известным патологическим содержанием гликолизованного гемоглобина, из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. 4 флакона. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.</p>	4	набор	414 700	1 658 800
24	<p>С-реактивный белок (СРБ) (Метод нефелометрии) 1*40ML +1*10ML, Mindray Закрытая система</p>	<p>Однокомпонентный набор реагентов для определения ТР. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом</p>	52	набор	36 000	1 872 000

		<p>полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов.</p>				
25	<p>Альбумин (ALB) (4*40ml), Mindray Закрытая система</p>	<p>Набор для определения Альбумина в сыворотке крови из комплекта биохимический анализатор Mindray закрытого типа без произвольных методик. R1-4x40ml в оригинальных флаконах. *(ALB) (Метод с бромкрезоловым-зеленым) 490 опр. Набор должен быть маркирован специальным штриховым кодом совместимым со считывателем для закрытой системы.</p>	20	набор	12 500	250 000
	Итого					9 018 000 тг

