

Протокол №8

**об итогах закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом
запроса ценовых предложений от 26.03.2024 года**

1. Дата начала приема заявок 28.02.2024 г.
2. Дата окончания приема заявок 18.03..2024 г.
3. Наименование организатор КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ
4. Адрес организатора 100600, г.Жезказган, ул.Иманжана,11.
5. Всего лот 4
6. Запланированная сумма 7 030 000 тенге

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Аханов Г.А. - Директор КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Члены комиссии:

Жаркешева Г.И. – заместитель директора по лечебной части КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Тусупбекова С.Д.. – материальный бухгалтер КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Кулмурзина Б.А. . – и.о провизора КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Сағындыкова К. – главная медсестра КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ;

Секретарь:

Сыздыманова Ш.А. – экономист по государственным закупкам КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г. Жезказган» УЗОҰ

Согласно гл.3 Приказа «Об утверждении правил Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 07 июня 2023 года №110 «Об утверждении правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учрждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» провели закуп согласно объявления №8 от 07.03.2024 года

№ лота	Наименование товара (МНН)	Техническая характеристика	Ед изм	Кол-во	Цена за единицу (тенге)	Срок поставки
1	Зонд пробозаборника S/R.BS-230. BS-240. BS-240PRO/ Mindray	Пробозаборник для биохимического анализатора Mindray 240PRO.Предназначен для забора образцов и материалов для проведения анализа с возможностью полной промывки и	шт	1	245 000	245 000

автоматического забора

2

* Контур пациента с генератором N CPAP одноразовый в комплекте Набор для nCPAP, производства «DEAS S.r.l.», Италия.

Набор для nCPAP состоит из генератора вдоха nCPAP, масок (размер S, M, L), и контура с обогревом. Генератор: конструкция генератора выполнена таким образом, что давление в дыхательных путях пациента сохраняется постоянным на протяжении всего дыхательного цикла. Воздушная смесь направляется через маленькое отверстие в трубке, под определенным углом позволяя потоку оставаться нестабильным, идя по пути наименьшего сопротивления. На вдохе смесь поступает напрямую к ребенку. Как только вдох заканчивается, поток разворачивается и через трубку выдоха покидает генератор, тем самым помогая пациенту сделать выдох. Трубка выдоха работает как резервуар свежего воздуха таким образом, что в случае потребности ребенка в увеличении пикового потока выше установленного, газ будет отводиться из трубки выдоха, позволяя ребенку удовлетворять свои потребности при определенном FiO2. Два фиксатора для крепления генератора к шапочке для nCPAP, длиной не менее 18,5 см. Посадочное место для канюли или назальной маски размером не более

шт

50

61500

3 075 000

	<p>17x11 мм. Канюли назальные: Канюля размер S – диаметр 4 мм, длина 12 мм, красная. Канюля размер M - диаметр 4,5 мм, длина 12, 5 мм, голубая. Канюля размер L - диаметр 5 мм, длина 13 мм, фиолетовая.</p> <p>Контур: Одноразовый неонатальный контур с двойным витым нагревательным проводом, встроенным в стенку контура, состоящий из трубки для НИВ (с обогревом для увлажнителя F&P 850, выход 22 Flex, 10F, 1,6 м – 11 мм), 2 порта с заглушками для установки двойного температурного датчика. Заглушки портов измерения температуры должны иметь пластиковые фиксаторы к контуру – не менее двух. Длина кабеля от контура для активации обогрева не менее 15 см.</p> <p>Мягкий соединитель с камерой увлажнителя. Тип штекера – «клевер», двухпиновый.</p> <p>Удлинительная трубка для инкубатора 40 см с портом для измерения CO₂ в боковом потоке. Линия проксимального давления 1,8 м. Трубка Infant Flow 0,6 м – выход к увлажнителю 22F. Комплект переходников (8,5M-8,5M; 10M-15F; 22M-22M; 10M-6M; два фиксатора линии проксимального давления к контуру). Все комплектующие должны быть упакованы в один пакет. Наличие внутри набора наклейки для</p>				
--	---	--	--	--	--

		указания даты установки пациенту набора (с предупреждением о максимально допустимом периоде использования изделия) и схемы сбора контура. Регистрация одним набором.				
3	Контур пациента для новорожденных, производства «Mallinckrodt DAR. S.R.L.»	<p>Неонатальный дыхательный ПВХ контур с одной линией обогрева. Y-образный тройник с портами и линией давления 180 см диаметром 4x6.5. Линия выдоха: от аппарата до влагосборника 80 см, линия от влагосборника до тройника 80 см, детский влагосборник. Линия вдоха: от тройника до увлажнителя 135 см, с обогревом. Адаптер для подключения к увлажнителю F&P MR850. Дополнительный сегмент 40 см. Разъемы к вентилятору 22F-22Flex, доп. шланг 60 см с разъемами 15M-22Flex прямой коннектор 15F-22F, прямой коннектор 22M-22M/15F, крышка для порта контроля давления, стерильный. Комплект переходников. Контур имеет нагревательный элемент, встроенный во внешнюю армированную спираль канала вдоха, что позволяет каналу с нагревательным проводом нагреваться универсально, без «холодных пятен», тем самым полностью предотвращая образование конденсата внутри, главной причины загрязнения контура. Внутренний просвет канала с проводом-нагревателем не может</p>	шт	50	59 500	2 975 000

Лот № 1 Зонд пробозаборника S/R.BS-230. BS-240. BS-240PRO/ Mindray.
производитель: Казахстан .ТОО « Мухсад « РК, г. Алматы. Пр
Райымбека, 481а, БЦ « Этолон» 8 этаж,офис 5. 7 747 901 2696. цена за
единицу 133 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 133 000т.

Лот № 1 Зонд пробозаборника S/R.BS-230. BS-240. BS-240PRO/ Mindray.
производитель: Китай .ТОО « ДиАКиТ» РК, г. Караганда. Район Әлихан
Бөкейхана, микрорайона 19,строение 40а. 8 7212 378602. цена за единицу
135 000 тенге в количестве 1 шт на общую сумму 135 000т

**В соответствии с пунктом 100 главы 9 Правил Постановления
Республики Казахстан от 04.06.2021 года №375 признать победителем
по лотам №1 признать победителем по лотам , ТОО
« Мухсад»**

Лот №2 Контур пациента с генератором N CPAP одноразовый в комплекте Набор для
nCPAP, производства «DEAS S.r.l.», Германия .ТОО « DISmed» РК, г. Караганда.ул
Бадина,29. 8 7076641701. цена за единицу 43 870 тенге в количестве 50 шт на общую
сумму 2 193 500.

**В соответствии с пунктом 100 главы 9 Правил Постановления
Республики Казахстан от 04.06.2021 года №375 по лотам №2 считать
несостоявшимися в виду отсутствия конкуренции.**

Лот №3Контур пациента для новорожденных, производства «Mallinckrodt DAR.
S.R.L.» цена за единицу 59 500 тенге в количестве 50 шт на общую сумма
2 975 000.

**В соответствии с пунктом 140 главы 10 Правил Постановления
Республики Казахстан от 04.06.2021 года №375 по лотам №4 считать
несостоявшимися в связи с отсутствием ценовых предложений**

Лот №4 Камера увлажнителя одноразовая, производства «Fisher & Paykel Healthcare
Ltd», Новая Зеландия. (код MR225, неонатальная) Турция .ТОО « SM Cioba. KZ1» РК,
г. Алматы. Бостандыкский район, Мкр. Коктем-2, дом№2, кв 38, тел 8 707116 88 22. .
цена за единицу 6 800 тенге в количестве 100 шт на общую сумму 680 000.

Лот №4 Камера увлажнителя одноразовая, производства «Fisher & Paykel Healthcare
Ltd», Новая Зеландия. (код MR225, неонатальная) Германия .ТОО « DISmed» РК, г.
Караганда.ул Бадина,29. 8 7076641701 цена за единицу 11 700 тенге в количестве 100
шт на общую сумму 1 170 000

**В соответствии с пунктом 140 главы 10 Правил Постановления
Республики Казахстан от 04.06.2021 года №375 по лотам №4 считать
несостоявшимися в связи с тем, что характеристики обоих
поставщиков не соответствуют.**

Организатору закупок – КГП на ПХВ «Областная многопрофильная больница г.Жезказган» управления здравоохранения области Ұлытау

- направить копию настоящего протокола потенциальным поставщикам;
- в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов направить потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг.

Председатель комиссии:

Аханов Г.А.



Члены комиссии:

Жаркешева Г.И.

Handwritten signature of Zharkesheva G.I. in blue ink, written over a horizontal line.

Тусупбекова С.Д..

Handwritten signature of Tusupbekova S.D. in blue ink, written over a horizontal line.

Кулмурзина Б.А.

Handwritten signature of Kulmurzina B.A. in blue ink, written over a horizontal line.

Сагындыкова К

Сыздыманова Ш.А

Handwritten signature of Syzdymanova S.A. in blue ink, written over a horizontal line.