

Объявление № 43
о проведении закупа способом запроса ценовых предложений
от 04.10.2024 года

Согласно Постановления Правительства РК от 04 июня 2021 года № 375 Об утверждении "Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг», КГП на ПХВ "Областная многопрофильная больница г.Жезказган" управления здравоохранения области Ылытау по адресу: 100600, РК, область Ылытау, г. Жезказган, ул. Иманжана, 11 объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий, указанных в нижеследующем порядке:

№ лота	Наименование товара (МНН)	Техническая характеристика	Ед. изм.	Ко-во	Цена за единицу (тенге)	Сумма, выделенная по каждому лоту
1	Система внешней фиксации (8мм).	Комплект содержит: Переходник балка/балка, для балок/опор 8мм - 15 шт, Переходник стержень/балка, для стержней 4-5 мм, и балок/опор 8 мм.- 20 шт, Замок с 5ю отверстиями, для стержней диаметром 4-5 мм.- 2 шт, Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 200 мм - 5 шт, Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 250 мм - 8 шт, Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 300 мм- 10 шт, Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 350 мм- 8 шт, Балка карбоновая диаметром 8 мм, длиной 400 мм- 3 шт, Малая полукруглая балка, алюминиевая 8/160 мм- 8 мм 1 шт, Средняя полукруглая балка, алюминиевая 8/180 мм- 8 мм 1 шт, Большая полукруглая балка, алюминиевая 8/200 мм- 8 мм 1 шт, Опора прямая диаметром 8 мм- 5 шт, Опора изогнутая 30°, диаметром 8 мм- 5 шт,	комп	1	3 348 730	3 348 730

	<p>Стержень самосверлящий (Шанца) 4x120 мм- 15 шт, Стержень самосверлящий (Шанца) 4x150 мм- 10 шт, Стержень самосверлящий (Шанца) 5x120 мм- 10 шт, Стержень самосверлящий (Шанца) 5x150 мм- 15 шт, Стержень самосверлящий (Шанца) 5x180 мм- 20 шт, Стержень самосверлящий (Шанца) 5x200 мм - 20 шт, Стержень самосверлящий (Шанца) 5x250 мм- 10 шт, Шарнирный фиксатор для коленного сустава, левый- 1 шт, Шарнирный фиксатор для коленного сустава, правый -1 шт, Фиксатор для голеностопного сустава- 1 шт, Т-Ключ- 1 шт, Стабилизационный/репозиционный ключ- 1 шт, Ключ для окончательного затягивания- 1 шт, Направитель Шанца для стержней 4; 5 мм - 1 шт. Описание: Система внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза состоит из следующих элементов:Стержень с измерительной шкалой, диаметром 4 и 5 мм, длиной от 120 до 250 мм. Стержни имеют самонарезающую резьбу, материал изготовления нержавеющей сталь, сертифицированная для изделий имплантируемых в</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>человеческий организм.</p> <p>Балка карбоновая, длиной 200; 250; 300, 350 мм, 400мм, диаметром 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), черного цвета с маркировкой размера стержней золотистым цветом.</p> <p>Материал изготовления: Высокопрочный технический углерод не хуже (Carbon black).</p> <p>Полукруглая алюминиевая балка, малая диаметром 160 мм; средняя диаметром 180 мм; большая диаметром 200 мм.</p> <p>Диаметр балок 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники). Материал изготовления алюминиевый сплав.</p> <p>Опора прямая длиной 65 мм и изогнутая под углом 30° длиной 80 мм, диаметр 8 мм, унифицирован под размер фиксирующих элементов (замки, переходники), имеют крепежную зубчатую часть, с резиновым стопорным кольцом для соединения с фиксирующими элементами. Материал изготовления антикоррозийная сталь. Замок, используется для первичной фиксации стержней диаметром 5 мм и опор 8 мм, имеет 5 отверстий для стержней 5 мм располагающихся друг от друга на расстоянии 7 мм, и 2</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>зубчатых отверстия для опор диаметром 8 мм, размер замка 50x20x30 мм. на фронтальной и боковой поверхностях замка имеются по 2 винта, для затягивания соединительных элементов (стержни, балки, опоры). Цветовая маркировка замков синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия. Переходник стержень/балка, переходник балка/балка 8 мм, используется для фиксации соединительных элементов между собой под необходимым углом и плоскости, имеет пазы под соединительные элементы диаметром 5 мм и 8 мм, в верхней части имеется винт для затягивания. Маркировка синим и серым цветом. Материал изготовления сплав алюминия.</p> <p>Для сбора и моделирования аппарата наружной фиксации в наборе предусмотрены специальные инструменты:</p> <p>направители Шанца диаметром 4 и 5 мм, используемые для точного наведения стержней, Т-образные ключи для стержней и винтов на крепежных элементах, ключ для окончательного затягивания, стабилизационно репозиционные ключи, бикс для хранения и стерилизации. Условия стерилизации: в автоклаве при температуре 121-134 °С.</p>				
--	---	--	--	--	--

	Итого					3 348 730
--	-------	--	--	--	--	-----------

Место поставки: КГП на ПХВ "Областная многопрофильная больница города Жезказган управления здравоохранения области Ұлытау, ул. Акына Иманжана, 11

К запуску допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в главе 3 Постановления Правительства №375 от 04 июня 2021 года 375 «Об утверждении "Правила организации и проведения запуска лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг».

Место приема документов: 100600 Область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Иманжана, 11, 2-этаж. приемная у гл врача.

Окончательный срок представления заявок до 14 часов 00 .11 октября 2024 года

Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками: 15 часов 00 минут 11-октября 2024 года.

Директор



Аханов Г.А.