

Экспертное заключение

По лоту № 12 «Насос шприцевой инфузионный».
Таблица сравнения технических характеристик:

Наименование и параметры ТЗ конкурсной документации	ТОО «Niko Pharm», Насос шприцевые инфузионные АТЕС 2016. Производитель: UAB Viltechmeda, Литва, РК-МИ (MT) - №013767 от 11.11.2021 года, дата истечения: Бессрочно	ИП «GroMax», Насос шприцевой инфузионный НК-400. Производитель: Shenzhen Hawk Medical Instruments Co., Ltd, Китай, РК-МТ-5№020235 от 20.03.2020 года, дата истечения: 20.03.2025 года.	ТОО «Capital Pharmasu», Насос шприцевой инфузионный Перфузор компакт плюс. Производитель: V. Braun Avitum AG, Германия, РК МИ (MT)-0№026976, дата регистрации 23.08.2023 года, дата истечения: бессрочно.	ТОО «Ордамед Караганда», Шприцевые насосы DS-3000 Производитель: Daiwha Corp&., Ltd, Республика Корея, РК - MT-5№018757 дата регистрации 23.01.2019 года, дата истечения: 23.01.2024
Автоматическая калибровка и загрузка шприца.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Анти-болнос функция. Наличие	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Простой интерфейс пользователя. Выборка меню языков, включая русский.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
Размеры шприцев: От 2/3, 5/6, 10/12, 20/22, 30/35, не менее 50/60 мл	Соответствует Размеры: 2/3, 5/6, 10/12, 20, 30/35, 50/60 мл	Не соответствует Стерильные шприцы разных размеров: 5мл, 10мл, 20мл, 30мл, 50мл/60мл	Соответствует Размеры: 2/3, 5/6, 10/12, 20, 30/35, 50/60 мл	Не соответствует Размеры: 5, 10, 20, 30, 50, 60 мл
Объем инфузии: от не менее 0,1 до не менее 9999мл	Соответствует Объем инфузии:	Не соответствует Объем инфузии:	Соответствует Объем инфузии:	Не соответствует

	от 0,1 до 9999мл	от 0 до 9999мл	от не более 0,1 до 9999 мл	Нет данных Заявленная характеристика не нашла подтверждение в официальном источнике (Инструкция пользователя, РУ)
Уровень давления окклюзии в диапазоне примерно от 50 до не менее 950 мм рт. ст	Соответствует 50 до 950 мм рт. ст	Не соответствует Окклюзия давления: (40.0-160.0) КРа 3 регулируемых окклюзии давления: низкий-средний-высокий.	Соответствует От 0.1 до 1.2 бар (от 50-75 мм.рт.ст. до 950 мм.рт.ст.), отображение значения в мм рт. ст.	Не соответствует 9 уровней: от 60 мм рт.ст. до 850 мм рт.ст. (от 13 кПа до 126 кПа)
Библиотека препаратов может содержать до не менее 350 названий.	Соответствует 350 названий	Не соответствует Заявленная характеристика не нашла подтверждение в официальном источнике (Инструкция пользователя, РУ)	Соответствует Библиотека может включать до 3000 наименований препаратов	Не соответствует 300 названий
Время зарядки аккумулятора: не более 5 часов для не менее 100% зарядки.	Соответствует 5 часов	Нет данных соответствует 5 часов	соответствует 3 часа,	Соответствует 5 часов
Время работы не менее 6 часов	Соответствует 6 часов	Соответствует Автономное время работы насоса 6 ч	соответствует 10 часов	соответствует 6 часов
Размеры: (ШхВхД)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

не более 320 x 120.5 x 137 мм.	320 x 120.5 x 137 мм.	300x130x125	Размер: 290 x 98 x 220 мм (Ш x В x Г).	Размеры: 260 x 130 x 91 мм.
--------------------------------	-----------------------	-------------	---	--------------------------------

В связи с тем, что предлагаемый НК-400111 шприцевой насос пр-ва Shenzhen Hawk Medical Instrument Co., Ltd., Китай. ТОО «StoMax» и Шприцевые насосы DS-3000 Производитель: Daiwha Corp&., Ltd, Республика Корея ТОО «ОрдаМед Караганда» требованиям технической спецификации, по некоторым параметрам не соответствуют.

Врач-реаниматолог

Абдисаматов Х.Ш.

